| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告 | 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司总磷在线检测仪 2020 年 3 月 23 日数据异常情况说明 | 编号 | JQZXC-2020-323 |

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司：

2020 年 3 月 23 日 0:30 分总磷在线监测仪出现异常值 0.168mg/L，运维人员于

内壁附着颗粒物造成总磷信号波动异常，导致该瞬时测量点异常。

运维人员现场对管路等部件进行了清洗，于 9:13 分采用 0.5mg/L 质控样进行校验，测得数据为 0.516mg/L，误差+3.2%满足测量使用要求。2020 年 3 月 23 日 20:00 分在线总磷瞬[illegible]自动测量时，取到悬浮物，造成瞬时反应吸光值异常，导致数据异常。现场已配合企业及时清理外排口，避免出现内似情况。

[illegible]，敬请悉知。

安徽省碧水电子技术有限公司运营部

2020 年 3 月 24 日